

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2019-066	REFERENCIA PS/CGG/50028
PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none"> • WIP'ANIOS PREMIUM, modelo 6x100 toallitas (Ref. 2088655BR, 2088655C4, 2088655C5) • WIP'ANIOS EXCEL, modelo 12x50 toallitas (Ref. 2446424C2, 2446424ZA) • WIP'ANIOS EXCEL, modelo 12x60 toallitas (Ref. 2446492GX) • WIP'ANIOS EXCEL, modelo 6x100 toallitas (Ref. 2446655C4, 2446655C5, 2446655CO, 2446655Y6) 	
FINALIDAD PREVISTA Tratamiento de dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos. Limpieza de las fundas de endoscopios en el tratamiento preliminar.	
NºS LOTE Ver números de lote afectados en el apéndice II de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Laboratoires Anios S.A.S., Francia	
DISTRIBUIDOR INSTRUNET HOSPITAL S.L.U., Carretera Sabadell a Granollers Km 14.5, 08185 Lliçà de Vall, Barcelona	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de toallitas WIP'ANIOS PREMIUM y WIP'ANIOS EXCEL, debido a una posible contaminación microbiana producida durante la fabricación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	

