

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	REFERENCIA
2019-040	PS/ME/49567
PRODUCTO	
InterActive Precision IO Scan Adapter (número de pieza 6530-09PT).	
FINALIDAD PREVISTA	
Adaptador de escáner que captura la posición y orientación de los implantes dentales durante el proceso de escaneo digital. Fabricados con el polímero termoplástico PEEK, con una base de titanio como interconexión.	
Nº LOTE	
104151, 106478, 114914 y 124072	
FABRICANTE	
Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU	
DISTRIBUIDOR	
Implant Direct Iberia SL, C/ Valgrande, 8 - 2ª planta. 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO	
Retirada del mercado de los lotes 104151, 106478, 114914 y 124072 del adaptador de escáner InterActive Precision IO debido a que no se han fabricado conforme a especificaciones.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

