

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2019-065 | REFERENCIA PS/CGG/50053 |
| PRODUCTO UNISEPTA FOAM 2, modelo 6x100 toallitas (Ref. 2476655MC) | |
| FINALIDAD PREVISTA Desinfección y limpieza de dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos en entornos dentales | |
| NºS LOTE Ver números de lote afectados en el apéndice II de la nota de aviso de la empresa | |
| FABRICANTE USF HEALTHCARE S.A., Suiza | |
| DISTRIBUIDORES <ul style="list-style-type: none"> • Novapro, C/ Resina 37, nave 7, 28021 Madrid • Internacional Ventur S.A., C/ Luxemburgo 75 (pol. ciudad del transporte), 12006 Castellón • Henry Schein España S.A., Av/ Albufera 153, 28038 Madrid | |
| ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de toallitas UNISEPTA FOAM 2 (Ref. 2476655MC), debido a una posible contaminación microbiana durante el proceso de fabricación con <i>Burkholderia cepacia</i> , gram negativa. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa | |

